



Bodenlehenstraße 15
5500 Bischofshofen
Telefon: 06462 32852
E-Mail: office@whu-lab.at
Web: www.whu-lab.at



Inspektionsbescheinigung 19065911b

BESTÄTIGUNG

der Wirksamkeit des Sterilisationsverfahrens

Die oben angeführte und hierfür akkreditierte Inspektionsstelle W.H.U. GmbH bestätigt, dass das Sterilisationsgerät

Melag 17, SerNr. Fd7149

Standort **The Penetration Incorporation Stefan Foster, 1040 Wien, Große Neugasse 8/5.Stock**

in dem geprüften Programm

2bar 134°C

eine ausreichende Sterilisationswirkung zur Sterilisation der eingesetzten Geräte und Arbeitsmittel aufweist.

Als Grundlage für die Bestätigung dienen der AAMI ST 55 und die ÖNORM EN 17665, wobei ausdrücklich festgehalten wird, dass diese Bestätigung keine vollständige Übereinstimmung mit einer der oben angeführten Dokumente bedeutet.

Die letzte Inspektion fand am 25.02.19 statt. Der Inspektionsbericht wurde am 04.03.19 ausgestellt und trägt die Nummer 19065911.

Bischofshofen, am 04.03.19

Dr. Arno Sorger
Inspektor, Technischer Leiter